

 <small>disposables for sciences</small>	Qualitätsmanagement Handbuch	Formular P Form P	Seite page Seite 1 von 1
	Produkt-Spezifikation Product Specification	Änd. Datum Date of change 2022-12-05	Änd. Stand Revision 4

Allgemeine Produktdaten

ratiolab® Autoklavierbeutel hochtransparent

BIOHAZARD blau. Zur Sterilisation und Beseitigung kontaminierter Laborware. Autoklavierbar bis 121°C. Zum Autoklavieren darf der Beutel nur leicht verschlossen werden.

General Product Information

ratiolab® Autoclavable bags high Transparency

BIOHAZARD blue. For the sterilization and disposal of hazardous and contaminated labware. Autoclavable at 121°C. For autoclaving, the bag must not be completely closed.

Material / Material: Polypropylen / Polypropylene

Warentarif-Nummer / Intrastat Number- HS Code: 39232990

Sterilisiert / pre-sterilized: Ja/Yes Nein/No

CE-Zeichnung / CE-marking: Ja/Yes Nein/No

B x L W x L mm	Toleranz tolerance	Volumen volume	Folienstärke Film Thickness	Packungseinheit Packaging	Bestell Nr. Order No.
300 x 650	+/- 5%	ca. 9 l	40 µm	4 x 50	70 02 111
415 x 580	+/- 5%	ca. 30 l	40 µm	4 x 50	70 02 112
640 x 800	+/- 5%	ca. 60 l	40 µm	4 x 50	70 02 113

This document was sent online and is valid without signature

Erstellt durch / Form edited by:	Aleksandra Mil / Auszubildende	Freigegeben von / Form approved by:	H. Bauer / QS/Technik
-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------